



**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)**

**Dotyczy: dostawy:**

**Pakiet 1 - Lup chirurgicznych ze źródłem światła dostosowanych do parametrów indywidualnych wskazanego przez Zamawiającego Użytkownika**

**Pakiet 2 - Klipsów mikronaczyniowych wielorazowych, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicą wielorazową dedykowaną do klipsów typu Acland nr kat. 56.85.91+56.85.93 prod. Medicon**

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące zapytania i udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy w pozycji nr 1 i 5 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki roboczej 11,3 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 0,6 – 1,5 mm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 2**

Czy w pozycji nr 2 i 6 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki roboczej 16,6 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,0 – 2,25 mm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 3**

Czy w pozycji nr 3 i 7 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki roboczej 16,6 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,0 – 2,25 mm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 4**

Czy w pozycji nr 2 i 8 Zamawiający dopuści klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny / żylny o dł. końcówki roboczej 24 mm, przeznaczony do naczyń o średnicy 1,5 – 3,5 mm? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 5**

Klipsy mikronaczyniowe zazwyczaj dystrybuowane są w opakowaniach zawierających 2 sztuki zacisków. Czy Zamawiający określając ilość i jednostkę miary wymaga zaoferowania jednego opakowania produktu do każdej pozycji (tj. 2 sztuki)?

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



UNIWERSYTECKI  
SZPITAL KLINICZNY  
WE WROCŁAWIU

---

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

**Zofia Widomska-Brycka**

---

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl