



L. Dz. **USK/DZP/PN-49/2019**

Wrocław, 12.03.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: dostawy nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej – 2 pakiety, nr sprawy: USK/DZP/PN-49/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pyt. 1

W „Formularzu cenowym” dla PAKIET - u nr 1, poz. 7 zestaw do elucji generatora POLTECHNET zawiera 16 fiolek z eluentem o pojemności 10 ml oraz 16 fiolek próżniowych o pojemności 10 ml (zestaw jest niepodzielny). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do elucji o powyższych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do elucji o wskazanych w pytaniu parametrach.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy (Rozdział IV SIWZ) następujących zmian treści jej postanowień:

- a) w § 3 ust. 3 pkt b – dodanie po przecinku na końcu zdania (z wyłączeniem poz. 5 i 6) następującego wpisu:
„[...] za wyjątkiem generatora technetowego, dla którego termin składania zamówienia wynosi 14 dni przed planowaną datą dostawy”;
- b) w § 6 ust. 5 – zmianę słowa: „brutto” na „netto” oraz następującą modyfikację brzmienia tego ustępu:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian cen brutto, w przypadku zmiany stawek podatku VAT, z chwilą ustawowego wprowadzenia tych zmian”;
- c) w § 7 ust. 1 – zastąpienie sformułowania: „[...] początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji dostawy” nowym o treści: „[...] dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT”;
- d) w § 7 ust. 2 – zastąpienie sformułowania: „[...] umownych w wysokości 0,01%” na nowy w brzmieniu: „[...] ustawowych”;
- e) w § 8 ust. 1 – zastąpienie klauzuli: „[...] w każdym czasie trwania umowy oraz podczas biegu terminu gwarancji i rękojmi” nową: „[...] jedynie w okresie ważności towaru”;
- f) w § 8 ust. 1 i 2 – dodanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”;
- g) w § 8 ust. 2 – dodanie na końcu akapitu zdania: „[...] pod warunkiem uznania reklamacji za zasadną”;
- h) w § 10 ust. 7 – zmianę treści zdania po słowach: „dłuższy niż” na: „[...] 3 miesiące ...”;
- i) w § 11 ust. 1 – zmianę wysokości kary umownej z „20%” na „10%”;
- j) w § 11 ust. 2 – zmianę wysokości kary umownej z „5%” na „2%”.

Odpowiedź:

W zakresie wskazanym w pkt a) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy zaproponowanej zmiany. W przypadku propozycji zawartych w pkt b) – j) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia wyżej wymienionych odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: 18.03.2019 r. , godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 18.03.2019 r. , godz. 13:00.
nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną