



Wrocław, dnia 12-03-2019 r.

Nr sprawy: **USK/DZP/PN-53/2019**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Odczynniki dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej- wyczerpanie.**” na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie 1

Dotyczące pakietu nr 25 – Oznaczanie MIC leków przeciwdrobnoustrojowych metodą mikrorozcieńczeń:
Czy Zamawiający dopuści test MIC metodą mikrorozcieńczeń pakowany po 36 ozn. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, czyli zaoferowanie 20 opakowań?

Odpowiedz 1

Zamawiający dopuści płytki pakowane po 36 ozn. w opakowaniu z możliwością dzielenia płytki na wykonanie oznaczenia dla pojedynczego szczepu z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

*W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.
Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ*

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 27 – 65; tel.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną