



Wrocław, 29.03.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-69/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętów neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

**Zapytanie nr 1**

**Pakiet 6 - Akcesoria do Inkubatora otwarto-zamkniętego (hybrydowy) BABYLEO TN500**

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie numerów katalogowych oryginalnych lub obecnie używanych czujników oraz określenie, czy chodzi o czujniki jednorazowe czy wielorazowe

Odpowiedź

Czujniki jednorazowe

**Zapytanie nr 2**

**Pakiet 7 - Akcesoria do inkubatora zamkniętego do podstawowej opieki ISOLETTE C2000**

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o podanie numeru katalogowego oryginalnego lub obecnie używanego czujnika oraz określenie czy chodzi o czujniki wielorazowe czy jednorazowe

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Wymagamy czujników jednorazowych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

**Pouczenie:**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*