



Wrocław, 04.06.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-184/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy – trzecie powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Dotyczy: zapisów projektu umowy:

W związku z zapisami projektu umowy, przedstawionymi w paragrafie 3 ust. 14 na podstawie których wykonawca posiadać musi legalne, aktualne oprogramowanie oraz legalne, aktualne kody serwisowe i hasła zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od powyższego wymogu, z uwagi na fakt, że tego rodzaju czynności oraz dostęp posiada wyłącznie bezpośredni producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Tego rodzaju wymóg wyklucza zupełnie udział w postępowaniu wykonawców posiadających pełną zdolność do rzetelnej realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym powyższym wymóg jak również wymóg aktualizacji sprawia, że postępowanie ukierunkowane jest na jednego konkretnego wykonawcę. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju wymagania powinny być zlecane poza procedurami przetargowymi w procedurach niekonkurencyjnych, poza standardowymi czynnościami serwisowymi lub konserwacyjnymi.

Pozostawienie wymogu aktualizacji oprogramowania z uwagi na obowiązek posiadania ww. oprogramowania oraz kodów i haseł serwisowych, narusza w sposób istotny zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców tj. przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie powtarzane jest po raz trzeci., udzielenie pozytywnej odpowiedzi na nasze pytanie zwiększy konkurencyjność i uprawdopodobni pozytywne rozstrzygnięcie postępowania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zapis w paragrafie 3 ust. 14 :

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje:

- a) *narzędziami, miernikami z aktualnym świadectwem legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie realizację przedmiotu zamówienia,*
- b) *określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi,*
- c) *posiada określone przez producenta aktualne instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,*
- d) *zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia.*

Zapytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet 23 - Respirator Galileo

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo raz na 12 miesięcy lub co 5000 godzin wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Gas inlet microfilter [Mikrofiltr - 2 sztuki]
- Gas inlet water trap bowl [Pułapka wodna - 2 sztuki]
- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy

o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian zgodnie z zaleceniami po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet 23

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo co 24 miesiące lub po 5000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Akumulator [2 sztuki]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany oraz godzin pracy ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i godzin pracy zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający szacuje, że podczas pierwszego przeglądu należy wymienić akumulatory w sześciu urządzeniach, w pozostałych do grudnia 2020.

Zapytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet 23

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo co 5000 godzin wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Nebulizer maintenance kit [zestaw serwisowy nebulizatora]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu ilości przepracowanych godzin zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet 23

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- bateria podtrzymania pamięci (jeżeli urządzenie ją posiada)

Prosimy o informację czy urządzenie posiada baterię podtrzymania pamięci. Jeżeli tak Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia jej w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, jeden raz w trakcie trwania umowy dla każdego urządzenia

Zapytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet 23

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo co 20000 godzin wymagana jest wymiana elementu:

- LCD display backlight [2 sztuki] – podświetlanie wyświetlacza LCD

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia jej w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu ilości przepracowanych godzin zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet 23

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo wymagana jest wymiana ze względu na stan zużycia następujących elementu:

- Membrana zastawki wydechowej

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów Galileo w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia jej w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i stanu zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I wymiana zestawu serwisowego jest uwarunkowana ilością przepracowanych godzin. Producent wymaga wymiany zestawu PM MAINTENANCE KIT po przepracowaniu 5000 godzin.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości i przepracowanych godzin ww. zestawu. Mając powyższe na uwadze wadze powyższe prosimy o wskazanie ilości przepracowanych godzin dla każdego z urządzeń. Wskazanie Wykonawcy ilości przepracowanych godzin jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i jeżeli tak to w jakiej ilości Zamawiający wymaga w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany PM MAINTENANCE KIT. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, jeden raz w trakcie trwania umowy dla każdego urządzenia

Zapytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I co 12 miesięcy lub po 5000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Air Filter Incl. Cover komplet = 2 szt. [Komplet filtrów respiratora]
- Fan Filter [Filtr wentylatora]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany oraz przepracowanych godzin ww. urządzeń. Prosimy

o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i godzin pracy *Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I wymagana jest wymiana ze względu na stan zużycia następujących elementów:

- O2 Cell [elektrochemiczny czujnik tlenu] lub Paramagnetic O2 Cell [paramagnetyczny czujnik tlenu] w zależności od tego jaki czujnik tlenu jest przy danym respiratorze.

Prosimy o informację jaki rodzaj czujnika jest zainstalowany przy każdym z respiratorów w ww. pakiecie. Jednocześnie Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i stanu zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do *Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- BATTERY MODULE komplet = 2 szt. [bateria]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany baterii. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości (kompletów, 1 kpl. = 2 szt. baterii) i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i godzin pracy zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, jeden raz w trakcie trwania umowy dla każdego urządzenia

Zapytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I co 72 miesiące wymagana jest wymiana następujących elementów:

- LITHIUM BATTERY 3.6V komplet = 2 szt. [bateria podtrzymania pamięci]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i godzin pracy zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis *Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*



przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, jeden raz w trakcie trwania umowy dla każdego urządzenia

Zapytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I wymagana jest wymiana jeżeli stan zużycia tego wymaga lub sprawność przekroczy limit następujących elementów:

- **EXPIRATORY MEMBRANE [membrana kasety wydechowej]**

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części i przekroczenia limitu sprawności. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i stanu zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet 27

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia oraz projektem umowy Wykonawca w cenie oferty brutto musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową wraz z wymianą części wymaganych przez producenta do wymiany podczas przeglądu, czyszczeniem, kalibracją oraz przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa elektrycznego, w okresie 36 m-c (okres trwania umowy).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SERVO-I wymagana jest wymiana kiedy sprawność przekroczy limit następujących elementów elementów:

- EXPIRATORY CASSETTE [kasetę wydechową]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat sprawności ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to w jakiej ilości i dla których respiratorów SERVO-I w trakcie 36 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ww. części w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana po określeniu dat wymian i stanu zużycia zgodnie z zaleceniami po przeglądzie. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną