



Nr sprawy: USK/DZP/PN-140/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: dostawa pomp programowalnych do podawania baclofenu na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania programowalnej pompy w dwóch objętościach zbiornika, 20 ml i 40 ml?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa gwarantowała 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa umożliwiała zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna

Odpowiedź:

TAK

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną