



Wrocław, 07.10.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-309/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem lamp operacyjnych dla Kliniki Ginekologii, na podstawie art. 38 ust 1 ustawy PZP**, informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Lampa operacyjna (załącznik nr 1a):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy głównej i satelitarnej z ilością diod 88 (każda)? – dotyczy l.p. 4, 5

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy głównej i satelitarnej o średnicy pola 220-340mm? – dotyczy l.p. 8, 9

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z temperaturą barwową 4300 lub 4800K? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, z włącznikami oraz z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 5-100% oddzielnie dla każdej czaszy, za pomocą panela sterującego umieszczonego tuż przy czaszy, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 14, 15



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę


5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, która nie jest wyposażona we wskaźniki laserowe? – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy przygotowanej pod montaż kamery HD umieszczonej centralnie, jak na poniższej wizualizacji? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



7. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „panel kontrolny” Zamawiający ma na myśli dodatkowy sterownik lampy umieszczony na ścianie? Jeżeli tak, to czy Wykonawca może zaoferować 1 sztukę takiego sterownika? Jest to ilość optymalna dla 1 sztuki lampy. – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź: TAK

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery o lepszych parametrach niż opisanych w SIWZ tj. z 20x ZOOM cyfrowy (200x ZOOM optyczny)? – dotyczy l.p. 22

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną