



Wrocław, dnia 28 - 10 - 2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-212/2019

346

Odpowiedź nr 4

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: doposażenie Zakładu Patomorfologii na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 6 - destylarka

Czy Zamawiający dopuszcza hermetyczny zbiornik ciśnieniowy chroniący magazynowaną wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym? Gdyż woda w zbiornikach otwartych łatwo ulega kontaminacji i adsorbuje CO₂ z powietrza, co znacznie pogarsza jej parametry. W zbiornikach otwartych mimo sanitzacji dochodzi do rozwoju biofilmu. Natomiast zbiorniki hermetyczne są bezobsługowe i nie podnoszą kosztów eksploatacji systemu, gdyż nie jest wymagany do nich zakup filtrów oddechowych, żarników lamp UV oraz środków sanitzujących.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 6 - destylarka

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach nieznacznie większych tak, aby mieściły się tam materiały eksploatacyjne dużej wydajności produkcyjnej, co znacznie obniży koszty eksploatacji oraz częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 6 - destylarka

Czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w pkt. 2 OPZ dotyczącym głównych etapów oczyszczania wody Zamawiający do podpunktu elektrodejonizacja dopisze „lub równoważny”?

Odpowiedź:

TAK

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Punkt 2 OPZ dla pakietu nr 6 otrzymuje brzmienie:

„Realizowane główne etapy oczyszczania wody:

- oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywny, polifosforany)
- odwrócona osmoza (oczyszczenie jonowe 95%-99%, oczyszczenie ze zw. organicznych 99%)
- elektrodejonizacja
- lampa UV emitująca promieniowanie o dł. fali 254nm

lub równoważny”

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych