



Wrocław, dnia 31.12.2020 r.

Nr sprawy: DZP.246.30.2020

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego w pozycjach od 1 do 17.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Poz. 15

proszę o upewnienie się, czy napewno przepływomierz tlenu 70l/min ma posiadać wtyk AGA (czy aby nie DIN).

Odpowiedź: przepływomierz ma posiadać wtyk AGA.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną